

## **Вимоги до зразка для консультаційних імуногематологічних аналізів**

1. Зазначити прізвище, ім'я пацієнта на етикетці одноразової пробірки.
2. Узяти 5 мл венозної крові в підготовану відповідно до п.1 одноразову пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об'єми крові (1-3 мл)!
3. Заповнити супровідну документацію (Направлення на консультативні імуногематологічні аналізи, Направлення для проведення індивідуального підбору/проб сумісності).
4. Якщо аналізи планується проводити:
  - 4.1 в день взяття зразка:
    - витримати зразок при температурі +18 - +22°C 30 хвилин до повного утворення згустку або помістити в термостат при 37°C на 15 хвилин;
    - центрифугувати зразок 10± 5 хвилин при 1500 об/хв.
  - 4.2. наступного дня:
    - відокремити згусток від стінок пробірки і помістити в холодильник при температурі 2-6°C;
    - наступного дня зразки крові центрифугувати 10± 5 хвилин при 1500 об/хв (за потребою).
5. Транспортувати зразок до лабораторії ХОЦСК у спеціальних контейнерах, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах.
6. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в контейнер або бікс.
7. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є:
  - відсутність маркування на пробірках;
  - відсутність направлення на аналіз;
  - невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації;
  - невідповідність об'єму крові (занадто малий об'єм для проведення досліджень);
  - порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового ланцюга»);
  - наявність гемолізу;
  - наявність хільозу.

\*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок